

## EU-Konformitätserklärung

### **EX-TEC® HS 680 / EX-TEC® HS 650**

Tragbares batteriebetriebenes Gasmessgerät

Hermann Sewerin GmbH  
Robert-Bosch-Str. 3  
33334 Gütersloh – Deutschland

Das Produkt erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union:

**2011/65/EU**

**2014/30/EU**

**2014/34/EU**

Zur Beurteilung der Konformität wurden folgende harmonisierte Normen herangezogen:

EN 1127-1	EN 60079-7
EN 50270:2015	EN 60079-11
EN 60079-0	EN 61000-6-2:2005
EN 60079-1	EN 61000-6-4:2011

Für Methan und Propan gelten für die Anwendungsfälle Warnen %UEG und Warnen ExTox zusätzlich:

EN 50271  
EN 60079-29-1

Es wurden folgende Bescheinigungen ausgestellt:

Notifizierte Stelle:	TÜV NORD CERT GmbH (0044)	DEKRA EXAM GmbH (0158)
Bescheinigung:	TÜV 07 ATEX 553353 X	BVS 09 ATEX G 001 X

Eine oder mehrere Normen, die in den Bescheinigungen aufgeführt sind, wurden mittlerweile durch neuere Ausgaben ersetzt. Der Hersteller erklärt auch die Übereinstimmung mit den Anforderungen der neuen Normenausgaben.

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt die Hermann Sewerin GmbH.

Unterzeichnet für und im Namen von:  
Gütersloh, 2023-06-16



Dr. Swen Sewerin (Geschäftsführer)